BinaxNOW™

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

ANTIGEN CARD

Testovací karta

Test lze číst jedním způsobem: bud'vizuálně, **NEBO** s přístrojem DIGIVAL™. Úplné pokyny naleznete v příbalové informaci k produktu BinaxNOW™ *Streptococcus pneumoniae*.
Před spuštěním testu s použitím přístroje DIGIVAL dokončete Část 1. Pokud nepoužíváte přístroj DIGIVAL, přejděte přímo na Část 2.

Část 1 – Nastavení přístroje DIGIVAL™ (v případě potřeby)


Kompletní pokyny k nastavení přístroje DIGIVAL naleznete v uživatelské příručce.

1 ZAPNĚTE PŘÍSTROJ DIGIVAL™
Stiskněte spouštěcí tlačítko ⏻ v přední části přístroje.




2 ZADEJTE ID A HESLO OPERÁTORA
Po zadání stiskněte tlačítko „OK".







3 KLEPNĚTE NA MOŽNOST „NAČTENÍ TESTU"
Tímto se spustí čtecí proces.



4 ZADEJTE ID TESTOVACÍ POMŮCKY
Umístěním čárového kódu na fóliovém obalu testovací pomůcky pod skener naskenujte ID testovací pomůcky, nebo ho zadejte ručně.




5 ZADEJTE ID PACIENTA
Umístěním čárového kódu ID pacienta pod skener naskenujte ID pacienta, nebo ho zadejte ručně.




Poznámka: *Výchozí nastavení je pouze ID pacienta. Další možnosti naleznete v uživatelské příručce k přístroji DIGIVAL.*

6 PROVEĎTE KONTROLU ZADANÝCH ÚDAJŮ
Ověřte, zda jsou údaje na obrazovce správné, a klepněte na tlačítko „OK".



Část 2 – Postup testu


1 Před provedením testu vyjměte kartu z obalu a položte ji na vodorovnou plochu.




2 Ponořte tampón Abbott do vzorku moči nebo mozkomíšního moku.

Zasaďte tampón do **DOLNÍHO** otvoru (jamky pro tampón). Pevně zatlačte směrem nahoru, aby byla špička tampónu dobře viditelná v horním otvoru.
TAMPÓN NEVYJÍMEJTE.





3 Lahvičku s činidlem A podržte vertikálně asi 1,3 až 2,5 cm (1/2 až 1 palec) nad kartou. Pomalu přidejte tři (3) volně padající kapky činidla A do **SPODNÍHO** otvoru.






4 Ihned poté odstraňte adhezivní pásku z testovací karty. Kartu zavřete a bezpečně utěsněte.



5 Výsledek odečtěte za 15 minut po zavření karty.



Poznámka: *Pro usnadnění práce má tyčinka tampónů rýhy.* ***Po*** *uzavření karty musí být část odlomena, aby mohla zapadnout do vložky zásobníku přístroje DIGIVAL. Dávejte však pozor, aby se tampón neuvolnil z jamky.*



Pokud používáte přístroj DIGIVAL™, přejděte do Části 3. Pokud odečítáte test vizuálně, přejděte do Části 4.


Testovací karta

Část 3 – Interpretace výsledků – pomocí přístroje DIGIVAL™

DIGIVAL lze nastavit na dva režimy (bezobslužný režim a režim okamžitého načtení).
Kompletní pokyny k použití přístroje DIGIVAL naleznete v uživatelské příručce.


1a REŽIM OKAMŽITÉHO NAČTENÍ:
Po 15 minutách načítání otevřete zásuvku, vložte testovací zařízení s čárovým kódem a okénkem pro výsledky směrem nahoru a zásuvku zavřete. NEOTEVÍREJTE ZÁSUVKU, dokud se na obrazovce nezobrazí výsledky testu.







NEBO

1b BEZOBSLUŽNÝ REŽIM:
Po bezpečném uzavření testovací pomůcky ihned otevřete zásuvku přístroje DIGIVAL, vložte testovací pomůcku a zásuvku zavřete. Přístroj DIGIVAL automaticky načasuje zpracování testu a v čase načítání načte výsledek.



2 NAČTĚTE VÝSLEDKY TESTU
Jakmile je test hotový, klepněte na možnost „Tisk“ a vytiskněte výsledky testu.






3 ODSTRAŇTE TESTOVACÍ POMŮCKU
Otevřete zásuvku, vyjměte testovací pomůcku a zásuvku zavřete. Automaticky se objeví úvodní obrazovka.







PO ZÍSKÁNÍ VÝSLEDKU JIŽ TESTOVACÍ POMŮCKU OPĚTOVNĚ NEVKLÁDEJTE.

Část 4 – Pouze vizuální interpretace výsledků (viz Část 3 – interpretace výsledků pomocí přístroje DIGIVAL™)

Negativní vzorek bude vykazovat jedinou růžově až purpurově zbarvenou čáru kontroly v horní polovině okénka, což znamená pravděpodobný negativní výsledek. Tato čára kontroly znamená, že detekční část testu proběhla správně, ale žádný antigen *S. pneumoniae* nebyl ve vzorku přítomen.

Pozitivní vzorek bude vykazovat dvě růžově až purpurově zbarvené čáry. To znamená, že byl detekován antigen. Vzorky se slabší hladinou antigenu mohou vykazovat slabou čáru pacienta. Každá viditelná linie znamená pozitivní výsledek.

Pokud nejsou vidět žádné čáry, anebo pokud je vidět pouze čára vzorku, test je neplatný. Neplatné testy je nutno opakovat. Pokud problém přetrvává, kontaktujte technický servis společnosti Abbott.


Růžová čára kontroly


Růžová čára kontroly
Růžová čára vzorku


Žádná čára kontroly


Pouze čára vzorku

Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
10 Southgate Road
Scarborough, Maine 04074 USA
www.abbott.com/poct

CE 2°C 30°C

© 2019 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.
IN710101cs Rev.4 2019/03

Abbott
BinaxNOW
Streptococcus pneumoniae
Antigen Card with DIGIVAL

Procedure Card

Size:
8 in x 11 in

Printed Colors



CMYK

Incoming Inspection Colors
(For Reference Only)
Colors below are not used for printing



PMS 2995 U
Primary Blue

PMS 2577 U
Lavender

PMS 303 U
Dark Blue

PN: IN710101cs
Rev: 4

Date of Last Revision:
4.5 2019/03/05