
Abbott



DIGIVAL™

PIKAOPAS

www.globalpointofcare.eifu.abbott

Sisältö

REF **LFR-000**

REF **LFR-024**



DIGIVAL™

REF **L22XWU1-200**



Viivakoodilukija ja kotelo




Viivakoodilukijan pidike



Virtalähde

REF **INLFR000**

REF **INLFR024**



Käyttöopas

REF **LFR-003**



Kalibrointikorttipakkaus

Sisältö

REF **LFR-004**



DIGIVAL™ Tray 1 -pakkaus

Valinnaiset lisävarusteet

REF **MCP1810395**



Tulostin

REF **EQ004003**



Abbott-USB-muistitikku

Pura osat toimituslaatikosta ja tarkista mahdolliset näkyvät vauriot.

DIGIVAL™ Set Up


Aseta DIGIVAL tasaiselle pöytäpinnalle, jossa on käytettävissä virtalähde.




1. Viivakoodilukijan pidikkeen asennusreiät
2. USB-portti (x1)
3. Virtaliitäntä
4. Ethernet
5. USB-portit (x2)



Viivakoodilukijan kotelon kokoaminen




Kiinnitä pidikekokoonpano DIGIVAL -laitteen takaosaan. Yhdistä viivakoodilukija USB-liittimeen ja aseta koteloon.




Liitä virtalähde ja käynnistä DIGIVAL.






Avaa laatikko, poista teline ja aseta kalibroinnin tarkistuskortti paikalleen kuvassa esitetyllä tavalla.




Kirjoita pääkäyttäjän salasana


Kirjoita salasana ’admin’



Aseta päivämäärä



Aseta kellonaika



Tarkista instrumentin kalibrointi



Tilaus- ja yhteystiedot

REF **LFR-000**: DIGIVAL - OUS +1 321 441 7200

REF **LFR-024**: DIGIVAL - US +1 877 441 7440

Tekninen tuki

Yhdysvallat
+1 888 735 5317 ts.scr@abbott.com

Afrikka, Venäjä, IVY
+44 161 483 9032 EME.TechSupport@abbott.com

Aasia (Tyynenmeren alue)
+61 7 3363 7711 AP.TechSupport@abbott.com

Kanada
+1 800 818 8335 CANproductsupport@abbott.com

Eurooppa ja Lähi-itä
+44 161 483 9032 EME.TechSupport@abbott.com

Latinalainen Amerikka
+57 601 482 4033 LA.TechSupport@abbott.com

Abbott

Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
10 Southgate Road
Scarborough, Maine 04074 USA
www.globalpointofcare.abbott

IVD

www.globalpointofcare.eifu.abbott

© 2024 Abbott. All rights reserved.
All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.

INLFR009fi Rev. 7 2024/03

Abbott
DIGIVAL

QSG, FI

Size:
5.25 in x 8.5 in

Printed Colors



CMYK

Incoming Inspection Colors
(For Reference Only)
Colors below are not used for printing



PMS 2995 U
Primary Blue

PMS 303 U
Dark Blue

PN: INLFR009fi
Rev: 7

Date of Last Revision:
7.3 2024/03/18