

**SECTION 1 : IDENTIFICATION****Identificateur du produit****Nom du produit :** C. DIFF QUIK CHEK®**Code du produit :** 5029MD, 5029C, 5029P, 5029D, MS2, MW2**N° de cat. :** T5029, 30390

Autres méthodes d'identification : Cette FDS est un kit de diagnostic médical *in vitro* (DIV). Les composants 5029C, 5029D et MW2 présentent des risques. Consulter la FDS correspondant à ces composants pour en savoir plus. 5029MD, 5029P et MS2 ne sont pas classifiés comme dangereux.

Utilisation prévue du produit

Un immunoessai d'enzyme membranaire rapide utilisé pour effectuer un test de dépistage permettant de détecter l'antigène du *Clostridium difficile*, la glutamate déshydrogénase, dans les selles, chez des personnes susceptibles de souffrir de la maladie *C. difficile*.

Nom, adresse et numéro de téléphone de la partie responsable**Entreprise, Fabricant**

TECHLAB, Inc.
2001 Kraft Drive
Blacksburg, VA 24060

Distribué par :

Alere North America, LLC
30 South Keller Road
Orlando, Florida 32810 États-Unis

Numéro d'appel d'urgence**Numéro d'urgence :** + (207) 730-5750**SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS****Classification de la substance ou du mélange****Classification (SGH-États-Unis)**

Sensibilisation de la peau 1 H317

Texte complet des phrases H : voir la section 16

Éléments d'étiquetage**Étiquetage SGH-États-Unis**

Pictogrammes de danger (SGH-États-Unis)



GHS07

Mot indicateur (SGH-US)

: Avertissement

Mentions de danger (SGH-États-Unis)

: H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseils de prudence (SGH-États-Unis)

: P261 - Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302+P352 - En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon.
P321 - Traitement spécifique (voir la section 4 de cette FDS).
P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P501 - Éliminer le contenu/récipient selon les réglementations locales, régionales, nationales, territoriales, provinciales et internationales.

Autres dangers

Aucune information supplémentaire disponible

Toxicité aiguë inconnue (SGH-États-Unis) Non disponible

C. DIFF QUIK CHEK®

Fiche de données de sécurité

Selon le Registre fédéral/Vol. 77, n° 58 /lundi 26 mars, 2012/Règles et réglementations

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS RELATIVES AUX INGRÉDIENTS

Se reporter aux Fiches de données de sécurité du composant

SECTION 4 : PREMIERS SOINS

Se reporter aux Fiches de données de sécurité du composant

SECTION 5 : MESURES ANTI-INCENDIE

Se reporter aux Fiches de données de sécurité du composant

SECTION 6 : MESURES CONTRE LES REJETS ACCIDENTELS

Se reporter aux Fiches de données de sécurité du composant

SECTION 7 : STOCKAGE ET MANIPULATION

Précautions à prendre pour une manipulation sûre Non disponible

Conditions de stockage sûr, y compris les incompatibilités

Conditions de stockage : Stocker fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé. À conserver au frais (2-8° C).

Utilisation(s) finale(s) spécifique(s)

Un immunoessai d'enzyme membranaire rapide utilisé pour effectuer un test de dépistage permettant de détecter l'antigène du Clostridium difficile, la glutamate déshydrogénase, dans les selles, chez des personnes susceptibles de souffrir de la maladie C. difficile.

SECTION 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

Se reporter aux Fiches de données de sécurité du composant

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Se reporter aux Fiches de données de sécurité du composant

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Se reporter aux Fiches de données de sécurité du composant

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Se reporter aux Fiches de données de sécurité du composant

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Se reporter aux Fiches de données de sécurité du composant

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Se reporter aux Fiches de données de sécurité du composant

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Conformément aux normes DOT Non réglementé pour le transport

Conformément aux normes IMDG Non réglementé pour le transport

Conformément aux normes IATA Non réglementé pour le transport

Conformément aux normes TDG Non réglementé pour le transport

SECTION 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Réglementations fédérales américaines

C. DIFF QUIK CHEK®

Catégories de danger SARA Sections 311/312

Danger immédiat (aigu) pour la santé

Réglementations nationales américaines


Se reporter aux Fiches de données de sécurité du composant

C. DIFF QUIK CHEK®

Fiche de données de sécurité

Selon le Registre fédéral/Vol. 77, n° 58 /lundi 26 mars, 2012/Règles et réglementations

Réglementations canadiennes

C. DIFF QUIK CHEK®	
Classification du SIMDUT	Catégorie D Division 2 Sous-division B - Matières toxiques provoquant d'autres effets toxiques
	

Ce produit a été classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés (CPR) et la FDS contient toutes les informations requises par le CPR.

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS, NOTAMMENT LA DATE DE PRÉPARATION OU LA DERNIÈRE RÉVISION

Date de révision	: 24.09.15
Autres informations	: Ce document a été préparé selon les exigences de la FDS de la norme OSHA sur la communication des dangers 29 CFR 1910.1200.
Composants du kit	Dispositif à Membrane Aucun danger connu de l'OSHA/SIMDUT
	Conjugué Peut provoquer une allergie cutanée.
	Contrôle Positif Aucun danger connu de l'OSHA/SIMDUT
	Diluant Peut provoquer une allergie cutanée.
	Substrat Aucun danger connu de l'OSHA/SIMDUT
	Tampon de lavage Peut provoquer une allergie cutanée.

Texte complet des phrases du SGH :

Sensibilisation de la peau 1	Sensibilisation de la peau Catégorie 1
H317	Peut provoquer une allergie cutanée

Partie responsable de la préparation de ce document

TECHLAB, Inc.
2001 Kraft Drive
Blacksburg, VA 24060, États-Unis

Le logo d'Alere et Alere sont des marques déposées du groupe d'entreprises Alere.

C. DIFF QUIK CHEK, le logo de TECHLAB et TECHLAB sont des marques déposées de TECHLAB, Inc., sous licence.

©2016 TECHLAB, Inc. Tous droits réservés.

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit à des fins de respect des exigences en matière de santé, de sécurité et d'écologie uniquement. Elles ne doivent donc pas être considérées comme garantissant la propriété spécifique du produit.

NA SGH FDS