DETERMINE™ HBsAg 2

GUIDA RAPIDA DI RIFERIMENTO


Prima di iniziare

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le Istruzioni per l'uso.
- Procurarsi il materiale necessario.
- Coprire l'area di lavoro con un'apposita copertura assorbente, pulita e monouso.
- Indossare i guanti monouso.
- Il tampone di migrazione deve essere portato a temperatura ambiente (tra 15 e 30 °C) prima di eseguire il test.

Per istruzioni più dettagliate, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso.


1

Preparare il test
Strappare una striscia dal lato destro e rimuovere la copertura.



2

Posizionare il test
Posizionare una striscia su una superficie piana dove sarà eseguito il test.




3

Aggiunta del campione di tipo 1

Sangue intero da venipuntura

Dispensare 50 µl di sangue intero (pipetta di precisione) sul centro del tampone per campioni. Attendere 1 minuto, quindi aggiungere una goccia di tampone di migrazione.






Aggiunta del campione di tipo 2

Sangue intero da pungidito

Dispensare 50 µl di sangue intero sul tampone per campioni. Quando tutto il sangue è stato trasferito dalla provetta capillare al centro del tampone per campioni, applicare immediatamente una goccia di tampone di migrazione al tampone per campioni.

Attenzione: non sollevare la provetta capillare dal tampone per campioni finché tutto il sangue non è stato trasferito.





Aggiunta del campione di tipo 3

Siero / Plasma


Dispensare 50 µl di siero o plasma (pipetta di precisione) sul tampone per campioni.



4

Leggere i risultati

Attendere tra 15 e 30 minuti dall'aggiunta del campione per leggere il risultato del test. ***Non leggere i risultati del test dopo 30 minuti.*** Una linea di controllo deve comparire per ogni risultato. Qualora la linea non compaia, i risultati non sono validi, pertanto occorre ripetere il test. Interpretare come risultato valido qualsiasi barra visibile (anche molto tenue) nella finestra.



© 2019 Abbott. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi citati appartengono al gruppo di società Abbott o ai rispettivi proprietari. 120004958-01 03/19

Abbott