AFINION™ CRP 快速參考指南



準備分析

AFINION™ CRP 檢測匣

- 將檢測組冷藏存放 (2-8°C) 至保存期限為止，或在室溫下存放 (15-25°C) 最多 4 週。
- 使用前，檢測匣的溫度必須達到 15-30°C；將未打開的鋁箔袋放在工作台上至少 15 分鐘。
- 打開鋁箔袋後，在 10 分鐘內使用檢測匣。
- 握住檢測匣的手柄。

病患檢體

- 直接從手指上採微血管血液，靜脈全血（含 EDTA 或肝素）、血清或血漿。
- 應在 3 天內分析靜脈全血。血清或血漿可以冷藏存放 (2-8°C) 10 天。無法保存毛細管檢體。
- 使用前將試管倒置 8-10 次，以混合檢體。

AFINION™ CRP Control

- 將品管組冷藏存放 (2-8°C)。已打開的品管組可保持穩定 4 週。
- 可直接使用從冰箱中取出的品管組。
- 使用前將試瓶倒置 8-10 次，以混合品管試劑。
- 測量值應在 Afinion™ CRP Control 使用說明書中規定的可接受範圍以內。

AFINION™ 2 分析儀

- 打開分析儀並輸入操作者 ID。
- 按照背面的檢測程序分析病患檢體和品管組。
- 分析過程中可能顯示資訊代碼。
  AFINION™ 2 分析儀使用手冊中列出可能原因及需要採取的措施。

AFINION™ CRP 檢測專用資訊代碼：

代碼	原因
101	血球容積比低於 20 %
102	血球容積比高於 60 %


查閱 AFINION™ 使用說明獲取完整資訊：

- Afinion CRP 使用說明書。
- Afinion CRP Control 使用說明書。
- **AFINION** 2 分析儀使用手冊。

AFINION™ CRP 快速參考指南


檢測程序

1




從檢測匣中拉出檢體採集裝置。

2



用病患檢體 (a) 或品管試劑 (b) 完全填滿毛細管 (c)。請勿擦拭毛細管。

3



立即將檢體採集裝置放入檢測匣。必須在 1 分鐘內開始分析檢測匣。

4



點選 查看病患檢體，或點選 查看品管組。蓋子自動打開。

5



插入檢測匣，條碼朝左。

6



手動關上蓋子，開始分析。

7



點選 並輸入病患 ID，或點選 並輸入品管組 ID。點選 以確認。

8



記錄顯示幕中顯示的結果。點選 以接受。蓋子自動打開。

9



取出用過的檢測匣並立刻將其丟棄。不使用分析儀時手動關上蓋子。

Abbott Diagnostics Technologies AS
Kjelsåsveien 161
P.O. Box 6863 Rodeløkka
NO-0504 Oslo, Norway
www.abbott.com/poct

© 2020 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners. 120006377-01 2020/05

zh-TW