AFINION™ LIPID PANEL SNABBGUIDE



Förberedelser inför analys

AFINION™ Lipid Panel Testkassett

- Testkitet kan förvaras i kylskåp (2-8°C) fram till utgångsdatum eller i rumstemperatur (15-25°C) i högst 14 dagar.
- Testkassetten måste uppnå en temperatur på 18-30°C före användning. Låt den oöppnade foliepåsen ligga på bänken i cirka 15 minuter.
- Öppna påsen omedelbart före användning. Undvik exponering för direkt solljus.
- Håll testkassetten i handtaget, vänd den sedan upp och ned en gång och vänd tillbaka till normal position innan den används.

Patientprov

- Kapillärblod direkt från fingret.
- Venöst helblod (med EDTA eller heparin), serum eller plasma.
- Kapillärprover måste användas omedelbart. Venöst helblod med antikoagulantia (EDTA eller heparin) kan förvaras i upp till 4 timmar i rumstemperatur (15-25°C) eller i kylskåp (2-8°C) i 4 dagar. Serum och plasma kan förvaras i kylskåp i 10 dagar.

AFINION™ Lipid Panel Control

- Kontroller ska förvaras i kylskåp (2-8°C). Kontroller i öppnade förpackningar är hållbara i 8 veckor.
- Kontrollerna kan användas kylskåpskalla.
- Det uppmätta värdet ska ligga inom de godkända gränser som anges i bruksanvisningen till Afinion Lipid Panel Control.
- Se bruksanvisningen för information om hur ofta kontroller bör testas.

AFINION™ 2-instrumentet

- Starta instrumentet och ange eventuellt operatörs-ID.
- Analysera patientprover och kontroller i enlighet med testproceduren på omstående sida.
- En informationskod kan visas under analysen. Möjliga orsaker och åtgärder finns listade i användarmanualen till **AFINION** 2-instrumentet.

Läs användarinstruktionerna till AFINION™ för fullständig information:

- Bruksanvisningen till Afinion Lipid Panel.
- Bruksanvisningen till Afinion Lipid Panel Control.
- Användarmanualen till **AFINION** 2-instrumentet.

Fingerstick

- För att få ett bra kapillärprov är det viktigt att handen är varm och punktionsstället har god blodtillförsel. Tvätta patientens hand i varmt vatten och/eller massera fingret försiktigt från basen till spetsen flera gånger.
- Använd alltid handskar.
- Välj en plats för hudpunktion på ett av de mellersta fingrarna på ena handen.
- Tvätta fingret två gånger med sprit.
- Torka noga med en kompress före fingersticket.
- Använd en lansett för att sticka fingret på vald plats.
- Tryck försiktigt på fingret för att få fram en droppe blod och torka bort denna första droppe.
- Tryck försiktigt på fingret igen tills en ny stor bloddroppe bildas. Mjölka inte fingret. Punktionen ska ge en fritt flödande bloddroppe. Ett för hårt tryck på fingret kan ge ett felaktigt resultat.
- Fyll provtagningskapillären i enlighet med testproceduren på omstående sida.


Viktiga informationskoder

Kod	Orsak
101	EVF/ Hematokrit under 20 %
102	EVF/ Hematokrit under 60 %
201	Otillräcklig provvolym
202	Överskott av prov på provtagningsenhetens utsida

AFINION™ LIPID PANEL SNABBGUIDE


Testprocedur


1



Håll testkassetten i handtaget, vänd den sedan upp och ned en gång och vänd tillbaka till normal position innan den används. Dra provtagningsenheten rakt upp från testkassetten.


2





Rikta provtagningsenheten lite snett uppåt.
Vidrör inte ytan på patientprovet eller kontrollmaterialet. Luta inte provtagningsenheten nedåt. Fyll kapillärröret helt med patientprov eller kontroll. Undvik luftbubblor och överskottsprov på utsidan av kapillärröret. Torka inte av kapillärröret.

3




Sätt omedelbart tillbaka provtagningsenheten. Analysen av testkassetten måste startas inom 1 minut.

4



Tryck på för patientprover eller på för kontroller. Luckan öppnas automatiskt.

5



Sätt i testkassetten med streckkoden åt vänster. Stäng luckan manuellt för att starta analysen.

6



Tryck på och ange patient-ID, eller tryck på och ange kontroll-ID. Tryck på för att bekräfta.

7



Anteckna resultatet när det visas på skärmen. Tryck på för att godkänna. Luckan öppnas automatiskt.

8



Ta omedelbart bort och kasta den använda testkassetten. Stäng luckan manuellt när instrumentet inte ska användas.

Abbott Diagnostics Technologies AS
Kjelsåsveien 161
P.O. Box 6863 Rodeløkka
NO-0504 Oslo, Norway
www.abbott.com/poct

© 2020 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners. 10003712-03 2020/03

SV