AFINION™ CRP KVIKGUIDE



Klargøring til analyse

AFINION™ CRP-testkassette

- Opbevar testkittet i køleskab (2-8 °C) indtil udløbsdatoen eller ved stuetemperatur (15-25 °C) i højst 4 uger.
- Testkassetten skal opnå en temperatur på 15-30 °C før brug. Lad den uåbnede foliepose ligge på laboratoriebænken i ca. 15 minutter.
- Testkassetten skal anvendes inden for 10 minutter efter åbning af folieposen.
- Hold testkassetten i håndtaget.

Patientprøve

- Brug kapillærblod direkte fra fingeren, venøst fuldblod (med EDTA eller heparin), serum eller plasma.
- Venøst fuldblod skal analyseres inden for 3 dage. Serum eller plasma kan opbevares i køleskab (2-8 °C) i 10 dage. Kapillærblod kan ikke opbevares.
- Bland prøven ved at vende glasset forsigtigt op og ned 8-10 gange inden brug.

AFINION™ CRP Kontrol

- Opbevar kontrollerne i køleskab (2-8 °C). Åbne kontroller er stabile i 4 uger.
- Kontrollen kan bruges direkte fra køleskabet.
- Bland kontrollen ved at vende glasset forsigtigt op og ned 8-10 gange inden brug.
- Den målte værdi skal være inden for det acceptable område, der er angivet i indlægssedlen for Afinion™ CRP Kontrol.

AFINION™ 2-instrumentet

- Tænd for analyseinstrumentet og indtast eventuelt operatør-ID.
- Analyser patientprøverne og kontroller i henhold til testproceduren på bagsiden.
- Der fremvises muligvis en informationskode under analysen. Mulige årsager og korrigerende behandlinger til at løse problemet er angivet i brugermanualen til **AFINION**™ 2 -instrumentet.

Informationskoder, der er specifikke for AFINION™ CRP-analysen:

Kode	Årsag
101	Hæmatokrit under 20 %
102	Hæmatokrit over 60 %


Konsulter AFINION™ brugervejledning for komplet information:

- Afinion CRP-indlægsseddel.
- Afinion CRP Kontrol-indlægsseddel.
- Brugermanualen til **AFINION** 2-instrumentet.

AFINION™ CRP KVIKGUIDE


Testprocedure

1




Træk prøvetagningsenheden lige op af testkassetten.

2



Sørg for, at kapillærrøret er helt fyldt (c) med patientprøve (a) eller kontrolmateriale (b). Tør ikke kapillæret af.

3



Sæt straks prøvetagningsenheden tilbage i testkassetten. Analysen af testkassetten skal påbegyndes inden for 1 minut.

4



Tryk for patientprøver, eller tryk for kontroller. Låget åbner automatisk.

5



Isæt testkassetten med stregkoden mod venstre.

6



Luk låget manuelt for at starte analysen.

7



Tryk og indtast patient-ID, eller tryk og indtast kontrol-ID. Tryk for at bekræfte.

8



Gem resultatet, når det kommer frem på displayet. Tryk for accept.
Låget åbner automatisk.

9



Fjern og bortskaf den brugte testkassette straks efter brug. Luk låget manuelt, når analyseinstrumentet ikke er i brug.

Abbott Diagnostics Technologies AS
Kjelsåsveien 161
P.O. Box 6863 Rodeløkka
NO-0504 Oslo, Norway
www.abbott.com/poct

© 2020 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners. 120003593-03 2020/09